

INSO
21262

1st.Edition
2017

Identical with
ISO 16258-1:
2015

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۲۱۲۶۲-۱
چاپ اول
۱۳۹۵

هوای محل کار - تجزیه بلورهای سیلیس قابل
استنشاق با اشعه ایکس -
قسمت ۱: روش مستقیم روی فیلتر -
روش آزمون

Workplace air- Analysis of respirable
crystalline silica by X-ray diffraction-
Part 1: Direct-on-filter method-
Test method

ICS: 13.040.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تائید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تائید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«هوای محل کار - تجزیه بلورهای سیلیس قابل استنشاق با اشعه ایکس - قسمت ۱: روش مستقیم روی فیلتر - روش آزمون»

سمت و / یا محل اشتغال:

معاونت تدوین استاندارد - اداره کل استاندارد استان
کرمان

رئیس:

کیانفر، مریم
(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

دبیر:

رئیس اداره تائید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت
کیفیت - اداره کل استاندارد استان کرمان

عسکری نیا، مانیا
(کارشناسی ارشد شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس امور معدنی - اداره صنعت، معدن تجارت
استان کرمان

آذر آیین، حسن
(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)

مدیر کل دفتر پایش فراغیر - سازمان حفاظت محیط
زیست

انصاری، شینا
(دکتری مدیریت محیط زیست)

مسئول آزمایشگاه - آزمایشگاه همکار ایرانیان غذا آزما

بختیاری، لیندا
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

رئیس اداره آزمایشگاه - اداره کل حفاظت محیط
زیست استان کرمان

پیروزیان، رزا
(کارشناسی ارشد شیمی)

کارشناس آزمایشگاه - معدن مس سرچشممه

ترابی، معصومه
(کارشناسی ارشد شیمی)

رئیس اداره تدوین استاندارد - اداره کل استاندارد
استان کرمان

حافظی اردکانی، پرتو
(کارشناسی شیمی کاربردی)

کارشناس امور استاندارد - اداره کل استاندارد استان
کرمان

حکاک زاده، ستاره
(کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)

رئیس اداره آموزش - اداره کل استاندارد استان کرمان

خالویی، طالب
(کارشناسی ارشد منابع طبیعی - محیط زیست)

سمت و / یا محل اشتغال:

کارشناس پایش- سازمان حفاظت محیط زیست

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

دانشیار، امینه

(کارشناسی بهداشت محیط)

رئیس اداره نظارت و پایش - اداره کل حفاظت محیط

سالاروند، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- گرایش زیست استان لرستان

آلودگی های محیط زیست)

معاون دفتر پایش فراغیر- سازمان حفاظت محیط

سمایی، زهرا

زیست

(کارشناسی ارشد محیط زیست)

کارشناس امور استاندارد- اداره کل استاندارد استان

سهرج زاده، مریم

کرمان

(کارشناسی ارشد شیمی)

مسئول آزمایشگاه کروماتوگرافی - سازمان حفاظت

صادق اسدی، اعظم

محیط زیست

(کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست)

رئیس گروه هوا و صدا- سازمان حفاظت محیط

کسمایی، زهره

زیست

(کارشناسی بهداشت محیط)

کارشناس آزمایشگاه- اداره کل حفاظت محیط

نظری، نجمه

زیست استان کرمان

(کارشناسی ارشد شیمی)

مسئول آزمایشگاه - آزمایشگاه پویا سنجش کیفیت

نقوی، ستوده

(کارشناسی شیمی)

ویراستار:

رئیس اداره امور آزمایشگاهها- اداره کل استاندارد

امیری دهنو، مجید

استان لرستان

(کارشناسی شیمی محض)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	پیش‌گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۹	۴ اصول
۱۰	۵ نمونه‌برداری
۱۰	۱-۵ تجهیزات نمونه‌برداری
۱۰	۱-۱-۵ نمونه‌بردارها
۱۱	۲-۱-۵ صافی‌ها
۱۲	۳-۱-۵ پمپ‌های نمونه‌برداری
۱۳	۴-۱-۵ جریان‌سنجهای
۱۳	۵-۱-۵ سایر تجهیزات مورد نیاز
۱۳	۲-۵ جمع‌آوری نمونه
۱۵	۳-۵ انتقال نمونه
۱۵	۶ روش تجزیه‌ای
۱۵	۱-۶ دستگاه‌ها و تجهیزات
۱۵	۱-۱-۶ دستگاه پراش پرتو ایکس
۱۶	۲-۱-۶ ترازو
۱۶	۳-۱-۶ تولیدکننده ابر گرد و غبار
۱۷	۴-۱-۶ مواد مرجع استاندارد
۱۸	۵-۱-۶ شناساگرها
۱۸	۶-۱-۶ نمونه تصحیح رانش
۱۸	۲-۶ تجزیه ثقلی گرد و غبار قابل استنشاق
۱۸	۳-۶ تجزیه پراش پرتو ایکس
۱۸	۱-۳-۶ پارامترهای دستگاهی
۱۸	۲-۳-۶ پارامترهای پویشی
۱۹	۴-۶ منحنی واسنجی
۲۱	۵-۶ تصفیه نمونه

عنوان	صفحة
۶-۶ تجزیه نمونه	۲۱
۷ روش محاسبه	۲۲
۱-۷ تجزیه ثقلی	۲۲
۲-۷ تجزیه پراش پرتو ایکس	۲۲
۳-۷ غلظت‌های سیلیس بلورین قابل استنشاق	۲۴
۸ مشخصات عملکردی	۲۴
۱-۸ حد تشخیص	۲۴
۲-۸ کمترین مقدار قابل تشخیص	۲۵
۳-۸ حدود کمیت‌گذاری	۲۵
۴-۸ عدم قطعیت	۲۵
۵-۸ تفاوت بین نمونه‌بردارها	۲۵
۶-۸ تفاوت‌های بین روش‌های تجزیه‌ای	۲۶
۹ گزارش آزمون	۲۶
پیوست الف (آگاهی‌دهنده) مثالی از شرایط دستگاهی	۲۸
پیوست ب (آگاهی‌دهنده) پارامترهای جمع‌آوری اطلاعات	۲۹
پیوست پ (الزامی) تصحیح‌های جذب	۳۱
پیوست ت (آگاهی‌دهنده) محدوده حدود تشخیص نوعی	۳۴
پیوست ث (آگاهی‌دهنده) عدم قطعیت گسترده نوعی برای روش مستقیم روی صافی	۳۵
پیوست ج (آگاهی‌دهنده) تفاوت بین نمونه‌بردارها	۳۶
کتاب‌نامه	۳۸

پیش‌گفتار

استاندارد «هوای محل کار- تجزیه بلورهای سیلیس قابل استنشاق با اشعه ایکس - قسمت ۱: روش مستقیم روی فیلتر- روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در یکصد و سی و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد محیط زیست مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی/منطقه‌ای زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی/منطقه‌ای مزبور است:

ISO 16258-1: 2015, Workplace air- Analysis of respirable crystalline silica by X-ray diffraction- Part 1: Direct-on-filter method

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۲۱۲۶۲ است.

سیلیس بلورین قابل استنشاق (RCS)^۱ سلامت کارگران بسیاری از صنایع را از طریق تنفس تهدید می‌کند. متخصصان بهداشت صنعتی و بهداشت عمومی نیاز دارند تا کارآبی اندازه‌گیری‌های انجام شده برای کنترل هوايی که کارگران در معرض آن قرار می‌گيرند، تعیین شود. اغلب برای ارزیابی مواجهه افراد، کارآبی کنترل‌ها و یا حفاظت تنفسی، نمونه‌های هوا هنگام شرایط کاری جمع‌آوری شده و سپس مقدار سیلیس بلورین قابل استنشاق اندازه‌گیری می‌شود. در بسیاری از کشورها اصلی‌ترین روش به کار گرفته شده برای اندازه‌گیری و برآورد میزان مواجهه سیلیس بلورین قابل استنشاق، تجزیه پراش پرتو ایکس (XRD) سیلیس قابل استنشاق در یک نمونه حاوی گرد و غبار قابل استنشاق است. روش پراش پرتو ایکس امکان شناسایی آشکار پلی‌مورف‌های^۲ سیلیس بلورین را فراهم می‌کند.

در این استاندارد روش تجزیه مستقیم سیلیس بلورین قابل استنشاق بر روی صافی نمونه هوا، ارائه شده است. یکی از الزامات خاص این روش این است که قطر صافی تجهیزات نمونه‌برداری ۲۵ mm باشد. در این روش در مورد پارامترهای دستگاهی انواع گوناگون آشکارسازهایی که در زمان انتشار این استاندارد به‌طور رایج استفاده می‌شوند، نیز بحث می‌شود. این استاندارد همراه با استاندارد ISO 24095 استفاده می‌شود که بهترین روش برای این تجزیه‌ها را تعیین می‌کند.

این مجموعه استاندارد دارای دو قسمت است که شامل موارد زیر می‌باشد:

- قسمت ۱: روش مستقیم روی فیلتر- روش آزمون

- قسمت ۲: روش تجزیه غیرمستقیم- روش آزمون

1- Respirable crystalline silica (RCS)

2- Polymorph

هوای محل کار - تجزیه بلورهای سیلیس قابل استنشاق با اشعه ایکس -

قسمت ۱: روش مستقیم روی فیلتر - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تجزیه بهوسیله پراش پرتو ایکس برای سنجش میزان سیلیس بلورین قابل استنشاق در نمونه‌های هوای جمع‌آوری شده بر روی صافی‌های ۲۵ mm است. در این استاندارد از روش تجزیه‌ای استفاده می‌شود که در آن گرد و غبار موجود بر روی صافی نمونه هوا به‌طور مستقیم توسط دستگاه تجزیه می‌شود. این استاندارد اطلاعاتی در مورد پارامترهای دستگاهی، حساسیت دستگاه‌های نمونه‌برداری متفاوت، کاربردهای صافی‌های مختلف و تصحیح اثرات جذبی را شامل می‌شود. در این استاندارد اصطلاح سیلیس بلورین قابل استنشاق، تمامی پلی‌مورف‌های^۱ رایج کوارتز و کریستوبالیت را شامل می‌شود. این استاندارد برای پلی‌مورف‌های سیلیس بلورین با فراوانی کمتر مانند تریدیمیت^۲ کاربرد ندارد، زیرا مواد مرجع استاندارد در دسترس نیست. در موقعیت‌های معین (مانند رسوبات گرد و غباری کم بر روی صافی، مقدار سیلیس کم) روش تجزیه‌ای ارائه شده در این استاندارد نمی‌تواند الزامات مربوط به عدم قطعیت گستره^۳ استاندارد EN 482 را برآورده سازد [۵]. راهنمای محاسبه اندازه‌گیری عدم قطعیت مربوط به سیلیس بلورین قابل استنشاق در استاندارد ISO 24095 ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1 ISO 7708, Air quality- Particle size fraction definitions for health-related sampling
- 2-2 ISO 13137, Workplace atmospheres- Pumps for personal sampling of chemical and biological agents- Requirements and test methods

1- Polymorphs

2- Tridymite

3- Expanded uncertainty

2-3 ISO 15767, Workplace atmospheres- Controlling and characterizing uncertainty in weighing collected aerosols

2-4 ISO 24095, Workplace air- Guidance for the measurement of respirable crystalline silica

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۲۳۴: سال ۱۳۸۴، هوای محل کار- اندازه‌گیری بلورهای سیلیس قابل استنشاق- آبین کار، با استفاده از استاندارد ISO 24095: 2009 تدوین شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳ تعاریف عمومی^۱

۱-۱-۳

ذرات معلق هوا

airborne particles

به مواد ریز به شکل مایع یا جامد گفته می‌شود که در هوا پخش هستند.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری- دود، دزدود^۲، گرد و غبار و مه حاوی ذرات معلق هوا هستند.

۲-۱-۳

هوایز

aerosol

به مخلوط ذرات معلق هوا و گازها (و بخار) گفته می‌شود.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری- ذرات معلق هوا می‌توانند در تعادل یا خارج از تعادل با بخارهایشان باشند.

1- General definitions

2- Fume

۳-۱-۳

سیلیس بلورین قابل استنشاق
RCS

respirable crystalline silica

به ذرات سیلیس بلورین که مطابق با جریان هوای قابل استنشاق توصیف شده در استاندارد ISO 7708 به مسیرهای جریان هوا نفوذ می‌کنند، گفته می‌شود.

۴-۱-۳

در معرض قرار گرفتن (توسط تنفس)

exposure (by inhalation)

به وضعیتی گفته می‌شود که در آن ماده‌ای شیمیایی در هوای تنفس شده توسط یک فرد وجود داشته باشد.
[منبع: استاندارد EN 1540]

۵-۱-۳

میزان حد آستانه در معرض قرار گرفتن شغلی
OELV

occupational exposure limit value

حد متوسط غلظت وزنی- زمانی یک معرف شیمیایی موجود در هوای منطقه تنفس یک کارگر، نسبت به یک دوره مرجع مشخص است.
[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری - مقادیر حدی اصولاً برای دوره‌های مرجع هشت ساعتی تنظیم می‌شوند، اما می‌توان این مقادیر را برای دوره‌های کوتاه‌تر یا گردش‌های غلظتی نیز تنظیم کرد. مقادیر حدی ذرات معلق هوا و مخلوط ذرات و بخارات بر حسب میلی‌گرم بر متر مکعب و یا مضربی از آن‌ها برای شرایط محیطی واقعی (دما و فشار) در محیط کار ارائه می‌شوند.

۶-۱-۳

محل کار

workplace

منطقه طراحی شده یا محدوده‌هایی که فعالیت‌های کاری در آن انجام می‌گیرد.
[منبع: استاندارد EN 1540]

۱-۲-۳ تعاریف نمونهبرداری^۱

۱-۲-۳ نمونهبردار هوایز

نمونهبردار ذرات (معلق در هوا)

نمونهبردار ذرات ریز (معلق در هوا)

aerosol sampler

(airborne) particle sampler

(airborne) particulate sampler

نمونهبرداری است که برای انتقال ذرات معلق هوا به زیرلایه جمعآوری نمونه استفاده میشود.

[منبع: استاندارد EN 1540]

۲-۲-۳

زیرلایه جمعآوری

زیرلایه نمونهبرداری

وسیله جمعآوری

وسیله نمونهبرداری

collection substrate

sampling substrate

collection medium

sampling medium

وسیله‌ای است که مواد شیمیایی با زیستشناختی معلق در هوا برای تجزیه‌های بعدی روی آن جمع می‌شوند.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری ۱ - صافی‌ها، فوم‌های پلی‌پورتان و کاسیت‌های نمونه‌برداری نمونه‌هایی از زیرلایه‌های جمعآوری ذرات معلق هوا هستند.

یادآوری ۲ - زیرلایه جمعآوری یک صافی است.

۳-۲-۳

نمونه شاهد آزمایشگاهی

laboratory blank

به زیرلايه جمعآوري استفاده نشدهای گفته میشود که از مجموعه مشابهی که برای نمونهبرداری استفاده شده انتخاب شده و از آزمایشگاه خارج نمیشود.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری- نتایج به دست آمده از تجزیه شاهدهای آزمایشگاهی برای تصحیح نتایج مربوط به نمونهها در حالت آلوده شدن با سیلیس بلورین و یا پارامترهای مداخله کننده، استفاده میشوند.

۴-۲-۳

نمونه شاهد میدانی

field blank

به زیرلايه جمعآوري استفاده نشدهای گفته میشود که از مجموعه مشابهی که برای نمونهبرداری استفاده شده انتخاب شده و مانند یک زیرلايه جمعآوري مورد استفاده برای نمونهبرداری با آن کار میشود. به استثنای این که از این شاهد برای کنترل نمونه استفاده نمیشود.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری ۱- شاهد میدانی به محل نمونهبرداری منتقل شده، درون نمونهبردار (درصورتی که کاربرد داشته باشد) قرار میگیرد و مشابه یک نمونه به آزمایشگاه برگردانده میشود.

یادآوری ۲- نتایج تجزیه شاهدهای میدانی برای تعیین آلودگی یک نمونه که از جابهجا کردن در محل آزمون و به هنگام انتقال ناشی میشود، استفاده میگردد.

۵-۲-۳

ناحیه تنفسی

breathing zone

به فضای اطراف بینی و دهان یک کارگر گفته میشود که در آن منطقه تنفس انجام میشود.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری- ناحیه تنفسی از نظر فنی به نیمکرهای (عوموماً پذیرفته شده است که قطر این نیمکره ۳۰ cm باشد) گفته میشود که در جلوی صورت انسان امتداد یافته و محور آن نقطه میانی خطی که گوشهای را به هم وصل میکند میباشد. قاعده این نیمکره صفحهای است که از این خط، بالای سر و حنجره عبور میکند. این شرح فنی در شرایط استفاده از تجهیزات حفاظتی تنفسی قابل کاربرد نیست.

۶-۲-۳

وسیله نمونهبردار ویژه کارکنان

personal sampler

به نمونهبردار متصل به یک فرد گفته می‌شود که گازها، بخارات و یا ذرات معلق هوا را در ناحیه تنفسی جمع‌آوری می‌کند تا میزان مواجهه با مواد شیمیایی و یا زیست‌شناختی را تعیین کند.

[منبع: استاندارد EN 1540].

۷-۲-۳

روش نمونهبرداری ویژه کارکنان

personal sampling

به فرآیند نمونهبرداری گفته می‌شود که با استفاده از یک نمونهبردار ویژه کارکنان انجام می‌شود.

[منبع: استاندارد EN 1540].

۸-۲-۳

مجموعه نمونهبرداری

sampling train

به تجهیزات جمع‌آوری ذرات معلق هوا شامل تجهیزات نمونهبرداری، پمپ و لوله‌های اتصال گفته می‌شود.

[منبع: استاندارد ISO 24095].

۱-۳-۳ تعاریف تجزیه‌ای^۱

۱-۳-۳

حد تشخیص LOD

limit of detection

کمترین مقدار ماده مورد تجزیه است که در یک سطح اطمینان معین، قابل تشخیص باشد.

یادآوری ۱- حد تشخیص را می‌توان به عنوان مقدار حد آستانه برای ارزیابی حضور ماده‌ای با سطح اطمینان معین، استفاده کرد. این بیانگر ۵۰٪ احتمال این است که ماده مورد تجزیه به هنگام حضور در غلظت‌های LOD قابل تشخیص نخواهد بود.

۱- Analytical definitions

یادآوری ۲ - حد تشخیص را می‌توان به عنوان مقدار حد آستانه برای ارزیابی حضور موادی با سطح اطمینان معین استفاده کرد.

یادآوری ۳ - بسیاری از روش‌های تجزیه‌ای، آزمایشگاه‌ها را به محاسبه حد تشخیص با ضرب انحراف معیار داده‌های اندازه‌گیری شده تعدادی از نمونه‌های شاهد (حدود ۱۰ نمونه) در عدد سه، ملزم می‌کنند. باید توجه داشت در صورتی که مقادیر جرم سیلیس بلورین قابل استنشاق اندازه‌گیری شده کم باشد در مورد ارتباط بین پیام و جرم شبھ وجود دارد و معادله خاصی برای تعیین حد تشخیص با استفاده از آماره‌ها بر اساس توزیع نرمال، در این استاندارد ارائه نشده است.

نمونه‌های آزمون مورد استفاده برای واسنجی^۱ بافت جفت شده نبوده و حد تشخیص را بر اساس سه انحراف معیار پارامترهای مداخله‌گر پس زمینه گزارش می‌کند، که می‌تواند تصور خوش‌بینانه‌ای را از قابلیت روش به هنگام تجزیه نمونه‌های واقعی به دست بدهد. توصیه می‌شود تجزیه‌گران به هنگام تجزیه نمونه‌ها برای سیلیس بلورین قابل استنشاق، این نکات را در نظر داشته باشند (استاندارد ۲۴۰۹۵ ISO).

۲-۳-۳

حد کمیت‌گذاری LOQ

limit of quantification

به کمترین جرم قابل تشخیص ماده مورد تجزیه گفته می‌شود که در یک سطح اطمینان مشخص به صورت کمی قابل بیان است و اثرات بافت در نمونه را در نظر می‌گیرد.
[منبع: استاندارد EN 1540].

یادآوری ۱ - حد کمیت‌گذاری را می‌توان به صورت ۱۰ برابر انحراف معیار اندازه‌گیری‌های شاهد محاسبه کرد.

یادآوری ۲ - مقدار حد کمیت‌گذاری را می‌توان به عنوان حد آستانه برای اطمینان یافتن از دقیق بودن اندازه‌گیری‌های یک ماده، به کار برد.

یادآوری ۳ - با استفاده از حد کمیت‌گذاری تعیین شده از آزمون ارزیابی و بر اساس ده درجه آزادی، احتمال قرار گرفتن برآورد یک مقدار در حد آستانه کمیت‌گذاری در بازه $\pm 31\%$ مقدار واقعی و سطح اطمینان ۹۵٪، برابر با ۹۵٪ می‌باشد.

۴-۳ اصطلاحات آماری^۲

۱-۴-۳

درستی (صحت)

accuracy

میزان توافق بین نتیجه آزمون و مقادیر مرجع پذیرفته شده است.

1- Calibration
2- Statistical terms

[منبع: استاندارد ISO 3534]

۲-۴-۳

بازیابی تجزیه‌ای

analytical recovery

نسبت جرم ماده مورد تجزیه به هنگام آزمون نمونه به جرم مشخص ماده مورد تجزیه در آن نمونه است.

[منبع: استاندارد ISO 24095]

۳-۴-۳

بازیابی روش

method recovery

نسبت غلظت تعیین شده ماده شیمیایی در هوا به غلظت واقعی آن است.

[منبع: استاندارد EN 1540]

یادآوری - بازیابی روش، راندمان نمونهبرداری و بازیابی تجزیه‌ای را با هم ترکیب می‌کند.

۴-۴-۳

أُريبي

bias

اختلاف بین مقادیر مورد انتظار نتایج آزمون و مقدار مرجع پذیرفته شده است.

[منبع: استاندارد ISO 6879]

یادآوری - اُریبی خطای نظاممند کل است که در نقطه مقابله خطای تصادفی قرار دارد. ممکن است یک یا چند خطای نظاممند وجود داشته باشند که در اُریبی نقش دارند. اختلاف نظاممند زیاد از مقدار واقعی به صورت مقدار اُریبی بیشتر خود را نشان می‌دهد.

۵-۴-۳ دقت

precision

میزان توافق بین نتایج اندازه‌گیری یا آزمون مستقل به دست آمده تحت شرایط صریح است.

[منبع: استاندارد ISO 6879]

۶-۴-۳

مقدار مرجع پذیرفته شده

true value

به مقداری گفته می‌شود که کمیت یا مشخصه‌ای کمی را توصیف می‌کند، در شرایطی که آن کمیت یا مشخصه کمی مدنظر، به طور کامل تعریف شده است.

[منبع: استاندارد ISO 3534]

۷-۴-۳

عدم قطعیت (اندازه‌گیری)

uncertainty (of measurement)

پارامتر مربوط به نتیجه یک اندازه‌گیری که به طور منطقی، پراکندگی مقادیر مشارکت‌کننده در اندازه‌گیری‌ها را مشخص می‌کند.

[منبع: استاندارد ISO 3534]

یادآوری ۱- پارامتر ممکن است یک انحراف استاندارد (یا مضرب مشخصی از آن)، یا به صورت یک فاصله (بازه) معنی داری بیان شده باشد.

یادآوری ۲- در حالت کلی عدم قطعیت اندازه‌گیری مولفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد. برخی از این مولفه‌ها ممکن است از طریق توزیع آماری نتایج مربوط به مجموعه اندازه‌گیری‌ها ارزیابی شده و به وسیله انحرافات استاندارد مشخص شوند. سایر مولفه‌ها که اغلب نیز می‌توانند با انحرافات استاندارد مشخص شوند، با استفاده از توزیع‌های فرض شده احتمال و بر اساس تجربه یا سایر اطلاعات ارزیابی می‌شوند. به راهنمای ISO 98:2008 مراجعه شود.

۴ اصول

در این استاندارد، روش تجزیه مستقیم بر روی صافی سیلیس بلورین قابل استنشاق در گرد و غبار قابل استنشاق جمع‌آوری شده روی یک صافی mm ۲۵، در شرایط آماده‌سازی شده یا زمانی که نیاز به آماده‌سازی نمونه نباشد، تعیین شده است. جرم سیلیس بلورین قابل استنشاق بر روی صافی، توسط پاسخ پرتو ایکس واسنجی شده در برابر صافی‌های بارگذاری شده با مقادیری از ماده مرجع سیلیس بلورین قابل استنشاق، تعیین می‌شود. با توجه به این که حجم هوای نمونه‌برداری شده مشخص است، غلظت سیلیس بلورین قابل استنشاق موجود در هوا به آسانی قابل محاسبه است. با توجه به این که در نمونه‌بردارهای هواییز متفاوت برای گرد و غبار قابل استنشاق، نمونه به روش‌های مختلفی بر روی سطح صافی نشانده می‌شود، دستگاه‌های پراش پرتو ایکس مورد استفاده برای تجزیه مستقیم بر روی صافی باید برای نمونه‌بردارهای هواییز مورد استفاده برای جمع‌آوری نمونه‌ها، واسنجی شوند. در صورتی که نمونه لایه‌نشانی شده بر روی

صافی خیلی ضخیم باشد، پرتو پرتو ایکس نمی‌تواند درون کل نمونه نفوذ کرده و ممکن است توسط بافت نمونه جذب شود. در این روش چنین فرض می‌شود که ضخامت نمونه لایه‌نشانی شده روی صافی به قدری نازک است که در صورت کمتر بودن لایه گرد و غبار نشسته روی صافی از جرم بحرانی نمونه، اثرات جذبی قابل چشم‌پوشی هستند. نقطه‌ای که در آن جذب پرتو قابل توجه می‌شود به ضخامت و ضربی جذب جرمی گرد و غبار موجود بر روی سطح صافی بستگی خواهد داشت. این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است که نمونه‌های تهیه شده از محیط‌های به شدت صنعتی به میزان قابل توجهی تحت تاثیر جذب پرتو قرار ندارند. امکان تصحیح جذب پرتو ایکس با اندازه‌گیری میزان عبور صافی نقره و یا صفحه آلومینیومی از طریق گرد و غبار لایه‌نشانی شده، وجود دارد.

۵ نمونه‌برداری

راهنمای مربوط به الزامات نمونه‌برداری سیلیس بلورین قابل استنشاق در استاندارد ISO 24095 ارائه شده است. راهنمای عمومی نمونه‌برداری بخشی از هواویز قابل استنشاق نیز در استاندارد CEN/TR 15230 ارائه شده است.

۱-۵ تجهیزات نمونه‌برداری

۱-۱-۵ نمونه‌بردارها

۱-۱-۵ عملکرد نمونه‌بردارهای مورد استفاده باید مطابق با معیارهای مربوط به گرد و غبار قابل استنشاق مشخص شده در استاندارد ISO 7708 باشد.

۲-۱-۵ به نمونه‌بردارهایی نیاز است که از صافی‌هایی به قطر mm ۲۵ به عنوان وسیله جمع‌آوری نمونه استفاده می‌کنند. تفکیک‌کننده ذرات و نمونه‌بردارهایی که در آن‌ها از یک لایی فوم استفاده می‌شود (مانند CIP 10) برای این روش مناسب نیستند.

یادآوری ۱ - اگرچه واسنجی توسط صافی‌های mm ۳۷ انجام شده است، اما این صافی‌ها به دلیل تغییرات ناشی از توزیع گرد و غبار بر روی سطح صافی، موفق نبوده‌اند.

یادآوری ۲ - در پیوست ج اطلاعاتی در مورد عملکرد نمونه‌بردارهای قابل استنشاق فردی مختلف که برای نمونه‌برداری به صافی mm ۲۵ نیاز دارند و به طور رایج مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه شده است.

۳-۱-۵ هر یک از نمونه‌بردارها باید با یک شماره منحصر به فرد نشانه‌گذاری شود تا نمونه‌بردارهایی که پس از استفاده بلند مدت تحت اجرا قرار می‌گیرند، مشخص باشند.

۲-۱-۵ صافی‌ها

۱-۲-۱-۵ قطر صافی‌ها باید mm ۲۵ بوده و راندمان ربايش ذرات قبل استنشاق آن‌ها کمتر از % ۹۹ نباشد.

۲-۲-۱-۵ تجزیه‌گر باید از اجزای تشکیل‌دهنده صافی که برای جمع‌آوری نمونه استفاده می‌شود، آگاه باشد. زیرا این اطلاعات اثر مستقیمی بر روی روش تجزیه‌ای مورد استفاده دارد. انواع صافی‌هایی که عموماً برای نمونه‌برداری و تجزیه پراش پرتو ایکس مستقیم بر روی صافی سیلیس بلورین قابل استنشاق مورد استفاده قرار می‌گیرند و مزایا و معایب این صافی‌ها در جدول ۱ فهرست شده‌اند.

۳-۲-۱-۵ اولین دسته از مواد فهرست شده در جدول ۱ عموماً در اندازه‌گیری بازتابش‌های اصلی کوارتز (۱۰۱)، (۱۰۰) و (۱۱۲) و کریستوبالیت (۱۰۱)، (۱۱۲) و (۲۰۰) و (۱۰۲)، تداخلی ایجاد نمی‌کنند. ناخالصی‌ها می‌توانند هنگام فرآیند تولید صافی‌ها وارد شده و بازتابش‌های پس زمینه بسته به مواد صافی افزایش یابند. بنابراین، مجموعه صافی‌های مورد استفاده باید به‌طور منظم آزمون شوند تا تداخل‌ها و تراز زمینه تعیین شوند.

۴-۲-۱-۵ گاهی ممکن است اندازه‌گیری بازتابش‌های ترکیب شده کریستوبالیت (۱۱۲) و (۲۰۰) دشوار باشد. زیرا این بازتابش‌ها در انتهای بازتابش نقره قرار دارند (۱۰۰).

۵-۲-۱-۵ زمینه متغیر بر روی قابلیت خوانش نقاط حداکثری پراش تاثیر می‌گذارد و موجب افزایش حد تشخیص سیلیس بلورین قابل استنشاق می‌شود. صافی‌های نقره حداقل میزان تغییرات و کمترین ترازهای زمینه را از خود نشان داده و بنابراین برای استفاده در موقعیت‌هایی که نیاز به حدود تشخیص کم است، قابل کاربرد هستند.

۶-۲-۱-۵ عمل توزین باید مطابق با استاندارد ISO 15767 انجام شود. صافی‌ها باید در کاستهایی توزین شوند که تغییرات جرمی زیادی در مورد آن‌ها گزارش شده است [۲۱].

۷-۲-۱-۵ صافی‌های نقره و صافی‌های استرهای آمیخته در سلولز سخت بوده و جابه‌جایی آن‌ها به هنگام توزین و قرار دادن در نمونه‌بردار آسان است. صافی‌های پی وی سی و صافی‌های پلی‌کربناتی مخصوص انعطاف‌پذیر بوده و به هنگام جابه‌جایی آن‌ها باید دقیق شود.

۸-۲-۱-۵ صافی نقره مورد استفاده در نمونه‌برداری امکان تصحیح موثر جذب در حالتی که نمونه سنگینی مورد تجزیه قرار می‌گیرد را فراهم می‌کند (پیوست پ). در صورت استفاده از صافی آلی برای نمونه‌برداری و تجزیه نیز می‌توان تصحیح موثر جذب را در صورتی که ماده از قابلیت عبور بالایی برای پرتو ایکس برخوردار باشد، با اندازه‌گیری شدت بازتابش زمینه فلزی زیرین انجام داد (به جدول ۱ مراجعه شود).

۹-۲-۱-۵ در صورتی که به نمونه برداری در طول کامل یک نوبت کاری هشت ساعته نیاز باشد، مقادیر بالای فشار متقابل^۱ می‌تواند زمان نمونه برداری را تعديل کند. جدول ۱ نشان می‌دهد که اگر صافی‌های معین شده استفاده شوند، پمپ‌هایی که نمی‌توانند از عهده فشار متقابل نشان داده شده در جدول بر بیانند، به‌طور محتمل نمی‌توانند به دبی جریان ۲/۲۱ l/min رسیده یا آن را حفظ کنند [۱۰].

۱۰-۲-۱-۵ در این استاندارد روشی غیر مخرب شرح داده شده است و می‌توان نمونه‌ها را در زمانی دیگر تجزیه کرد. صافی‌های آلی برای انبارش ایده‌آل هستند. صافی‌های نقره در هوا اکسید می‌شوند و یک لایه اکسید تیره رنگ روی آن‌ها شکل می‌گیرد. برای جلوگیری از اکسید شدن صافی‌های نقره را در محفظه‌های غیر قابل نفوذ توسط هوا نگهداری کنید.

جدول ۱- صافی‌های مورد استفاده برای تجزیه مستقیم بر روی صافی

تصحیح جذب جرمی	نوسانات زمینه	تجزیه پراش پرتو ایکس								توزین	نمونه برداری	ماهه صافی		
		بازتابش‌های تداخلی												
قابلیت عبور صافی در برابر پرتو ایکس	کوآرتز		کریستوبلاست			کوآرتز			ثبات جرم	فشار متقابل در دبی جریان ۲/۲۱ l/min kPa				
	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۲۰۰	۱۰۱	۱۱۲	۱۰۰	۱۰۱						
عدم عبور	پایین	پایین	بله	بله	بله	خیر	خیر	خیر	بالا	۱/۷	نقره ۰.۸ میکرومتر			
پایین	پایین	پایین	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	بالا	۰/۵	پی وی سی ۵ میکرومتر			
متوسط	بالا	بالا	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	پایین	۳/۲	استرهای آمیخته سلولزی ۰.۸ میکرومتر			
بالا	بالا	پایین	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	بالا	نامعلوم	پلی کربنات ۰.۸ میکرومتر			

^۱ ثبات جرم با فرض حذف الکتریسیته ساکن.

۳-۱-۵ پمپ‌های نمونه برداری

پمپ‌های نمونه برداری باید مطابق با الزامات استاندارد ISO 13137 باشند.

۴-۱-۵ جریان سنج‌ها

جریان سنج‌ها باید مطابق با الزامات استاندارد ISO 13137 باشند.

۵-۱-۵ سایر تجهیزات مورد نیاز

سایر تجهیزات مورد نیاز برای نمونه‌برداری عبارتند از:

الف- قلاط‌ها یا تسممه‌هایی که بتوان پمپ‌های نمونه‌برداری را با آن‌ها به راحتی محکم کرد.

ب- لوله‌های انعطاف‌پذیر برای اتصال نمونه‌بردار به پمپ نمونه‌برداری.

پ- وسیله‌ای برای انتقال نمونه‌ها از محیط کار به آزمایشگاه که احتمال انتقال تصادفی گرد و غبار به زیرلایه جمع‌آوری نمونه (صفی) و یا از آن را به حداقل می‌رساند.

معمولًاً برای انتقال نمونه‌ها به درپوش یا کلاهکی برای نمونه‌بردارها، کاست‌ها صافی و یا سایر زیرلایه‌ها نیاز است که در دستورالعمل‌های سازنده برای استفاده دستگاه به تفصیل شرح داده شده است.

یادآوری- درصورتی که دما و فشار در زمان استفاده با شرایط واسنجی جریان سنج متفاوت باشد، برای تصحیح دبی جریان به یک دماسنج (با دقت خوانش ${}^{\circ}\text{C}$) و یک فشارسنج (با دقت خوانش 0.1 kPa) برای اندازه‌گیری دما و فشار اتمسفر نیاز است (به استاندارد ISO 24095 مراجعه شود).

۲-۵ جمع‌آوری نمونه

راهنمایی کلی برای نمونه‌برداری بخشی از هواویز قابل استنشاق در CEN/TR 15230 ارائه شده است [۷]. یک راهنمای مخصوص برای اندازه‌گیری سیلیس بلورین قابل استنشاق نیز در استاندارد ISO 24095 ارائه شده است.

۱-۲-۵ نمونه‌بردارها را قبل از استفاده تمیز کنید تا از آلودگی ناشی از استفاده قبلی جلوگیری شود. قطعاتی که در تماس با گرد و غبار قرار می‌گیرند را پیاده کنید (در صورت لزوم با توجه به دستورالعمل‌های سازنده انجام شود)، نمونه‌بردارها را درون ماده شوینده غوطه‌ور کرده، از مافوق صوت برای خارج کردن گرد و غبار ریز استفاده کنید و در نهایت توسط آب بشورید. قبل از سوار کردن قطعات اجازه بدھید تا خشک شوند.

۲-۲-۵ ابتدا هر یک از صافی‌های تعیین شده (شامل حداقل سه نمونه شاهد) را با استفاده از انبرک نوک تیز با دقت 0.01 mg توزین کنید تا از آلوده شدن و آسیب رسیدن به آن‌ها جلوگیری شود (مطابق با استاندارد ISO 15767).

۳-۲-۵ صافی از قبل توزین شده را درون هر یک از نمونه‌بردارها قرار داده و هر یک از این نمونه‌بردارها را به پمپ نمونه‌برداری متصل کنید.

یادآوری- در برخی از انواع نمونه‌بردارها ممکن است با توجه به دستورالعمل سازنده به روش متفاوتی نیاز باشد.

۴-۲-۵ مطمئن شوید که هر یک نمونهبردارهای بارگذاری شده با صافی از نظر نشستی آزمون شده باشد. آزمون نشستی به عنوان یک آزمون معیار برای نصب صحیح استفاده می‌شود [۱۱].

یادآوری ۱- وجود نشستی عملکرد نمونهبردار را تغییر خواهد داد که موجب تغییر پاسخ پراش پرتو ایکس نیز خواهد شد.
یادآوری ۲- دو آزمون نشت برای ارزیابی نشستی انشعاب وجود دارد که عبارتند از آزمون نشستی ذره شمار که با استفاده از شمارنده نوری و یا یک شمارنده ذره معیانی انجام شده [۱۱] و آزمون نشستی افت فشار که با استفاده از یک میکرو فشارسنج (مانومتر) انجام می‌گیرد [۱۲].

۵-۲-۵ مجموعه نمونهبرداری را متصل کرده و دبی جریان را بر روی مقدار مشخص شده برای نمونهبردار در محدوده $\pm 2.5\%$ تنظیم کنید. حداکثر انحراف از دبی جریان (قبل و بعد از نمونهبرداری) نباید از پنج درصد بیشتر باشد.

۶-۲-۵ به منظور نمونهبرداری فردی در محیط کار، نمونهبردار را در ناحیه تنفسی کارگر نصب نموده، پمپ را به تسمه یا قلاب مخصوص وصل کرده و با استفاده از لوله انعطاف‌پذیر طوری آن را به نمونهبردار متصل کنید که مانعی برای فعالیت کارگر ایجاد نکند.

۷-۲-۵ از هر کارگاه حداقل یک صافی استفاده نشده را به عنوان شاهد میدانی درون یک نمونهبردار نگه دارید.

۸-۲-۵ پمپ را برای شروع نمونهبرداری روشن کرده و زمان را یادداشت کنید.

۹-۲-۵ حداقل زمان نمونهبرداری را باید با در نظر گرفتن حد کمیت‌گذاری روش پراش پرتو ایکس برای سیلیس بلورین قابل استنشاق (به زیریند ۸-۳ مراجعه شود) و دبی جریان دستگاه نمونهبرداری، محاسبه کرد. به طوری که بتوان میزان سازگاری با حدود مواجهه شغلی را به طور قابل اعتمادی ارزیابی کرد.

یادآوری ۱- برای انجام آزمون انطباق، باید در صورت امکان در نوبت کاری کامل نمونهبرداری انجام شود. زمان‌های نمونهبرداری طولانی‌تر جز در شرایطی که بارگذاری اضافی رخ می‌دهد، دقت اندازه‌گیری نمونهبردارها را بهبود می‌بخشد.

یادآوری ۲- باید دقت شود که صافی‌های تحت بارگذاری اضافی قرار نگیرند.

یادآوری ۳- افت پتانسیل درون نمونهبردار (برای مثال وارد کردن نمونه درون نمونهبردار که بدون استفاده از فیلتر انجام می‌شود) با تغییرپذیری زیادی در نمونهبرداری میدانی مشاهده شده است [۱۳]. این افتهای پتانسیل با چشم غیر مسلح قابل رویت نبوده و نمی‌توان آن‌ها را با روش مستقیم روی صافی بهصورت کمی بیان کرد.

۱۰-۲-۵ در پایان مرحله نمونهبرداری پمپ را خاموش کرده، زمان را یادداشت کنید و مدت زمان مرحله نمونهبرداری را محاسبه کنید. دبی جریان مجموعه نمونهبرداری را با توجه به زیریند ۵-۲-۵ بررسی کنید.

۱۱-۲-۵ جزئیات مربوط به جمع‌آوری نمونه را یادداشت کنید. جزئیات مورد نیاز از سوی تجزیه‌گر آزمایشگاه عبارتند از:

الف- نوع نمونهبردار مورد استفاده برای جمع‌آوری نمونه؛

ب- نوع صافی نمونه‌بردار؛

پ- شناسه منحصر به فرد هر نمونه؛

ت- حجم هوای نمونه‌برداری شده؛

ث- اطلاعاتی در مورد فرآیند صنعتی که می‌تواند به ارزیابی نتایج کمک کند.

۱۲-۵ در حالت ایده‌آل به نمونه گرد و غباری که بتواند معرف محیط کار یا فعالیت مربوطه باشد نیاز است تا به تجزیه‌گر در برآورده تداخل پتانسیل کمک کند. در غیاب اطلاعات مربوط به مواد مورد استفاده در فرآیند صنعتی، یک نمونه صافی با بارگذاری زیاد و یا نمونه گرد و غبار رسوب کرده می‌تواند اطلاعاتی کیفی مناسبی را فراهم کند. این پویش کیفی اطلاعات سودمندی را برای متخصصین بهداشت شغلی (برای مثال به هنگام نمونه‌برداری فرآیندی جدید یا فرآیندی که مواد درگیر در فعالیت کاری ممکن است تغییر کنند)، فراهم می‌کند.

۳-۵ انتقال نمونه

به هنگام انتقال نمونه‌بردارهای هواییز باید دقیق کرد تا نمونه‌بردار به صورت قائم منتقل شود تا از رسوب احتمالی گرد و غبار بر روی صافی نمونه هوا از دیگچه شن و ماسه، جلوگیری شود. از کاستهای برخی از نمونه‌بردارها می‌توان برای انتقال ایمن صافی‌ها استفاده کرد. در صورتی که بر روی سطح گرد و غبار جمع‌آوری شده روی صافی فشار اعمال شود (به ویژه به هنگام انتقال صافی از کاست نمونه‌بردار یا محفظه نمونه)، تلفات نمونه می‌تواند رخ بدهد. برای مثال، در صورت تماس سطحی نمونه با انبرک‌ها، آب‌بندهای حلقه‌ای شکل و یا لبه نمونه‌بردار نیز تلفات نمونه می‌تواند رخ بدهد. صافی‌ها نیز می‌توانند به هنگام نمونه‌برداری باردار شده و ممکن است به سمت این اقلام جذب شوند. تلفات گرد و غبار از سطح صافی و یا کاست‌ها باید در گزارش تجزیه‌گر ذکر شوند.

یادآوری- صافی بارگذاری شده تا 4 mg از بخش قابل استنشاق را می‌توان توسط خدمات پستی و بدون تلفات قابل توجه منتقل کرد. به شرطی که از نگهدارنده صافی مناسب و محفظه‌ای که برای جلوگیری از آسیب رساندن طراحی شده است، استفاده شود [۱۴].

۶ روش تجزیه‌ای

۱-۶ دستگاه‌ها و تجهیزات

۶-۱-۶ دستگاه پراش پرتو ایکس


به دستگاه پراش‌سنجد پرتو ایکس با هندسه بازتابش نیاز است. پراش‌سنجهایی با هندسه نیمه کانونی به دستگاه پراش‌سنجد پودری پرتو ایکس با هندسه بازتابش نیاز است. پراش‌سنجهایی با هندسه نیمه کانونی Bragg-Brentano و با تخته هدف مسی یا کبالتی به‌طور معمول استفاده می‌شود.

۲-۱-۶ ترازو

برای آماده‌سازی نمونه‌های واسنجی، به یک میکرو ترازو با قابلیت توزین $1 \mu\text{g} \pm$ یا بهتر در محدوده صفر گرم تا پنج گرم نیاز است. هنگام توزین نمونه‌ها به حذف کننده الکتریسیته ساکن نیز نیاز است.

۳-۱-۶ تولید کننده ابر گرد و غبار

به وسیله‌ای برای تولید جو گرد و غبار استاندارد و حاوی این گرد و غبار نیاز است. یک مثال از این وسیله در شکل ۱ نشان داده شده است [۱۵]. این وسیله از شیشه بوروسیلیکات و درپوشی از جنس شیشه اکریلیکی ساخته شده است. با ایجاد انفجار کوتاهی از هوای تحت فشار درون جام حاوی گرد و غبار در پایین دستگاه، هواویز گرد و غبار در محفظه استوانه‌ای بالایی تولید می‌شود. تجهیزات نمونه‌برداری باید مطابق با زیربندهای ۱-۲-۱ تا ۱-۲-۵ و ۱-۲-۵ تهیه شوند. نمونه‌بردارها در بالای این دستگاه نصب می‌شوند. توصیه می‌شود که برای جلوگیری از کلخه‌های شدن و واکنش‌های بار الکتریکی بین گرد و غبار و صافی درون نمونه‌بردار هواویز، دستگاه را به زمین اتصال داد.



راهنمای:

- 1 درپوش از جنس شیشه اکریلیک
- 2 مجراهایی برای نمونه بردارهای سیکلونی
- 3 اتصال پریز و مخروطی B29/32
- 4 جام نمونه
- 5 باریکهای به قطر ۱ mm
- 6 هوا فشرده در فشار تقریبی ۵۰ ib/in²

شکل ۱- دستگاه تولید هواییز

۴-۱-۶ مواد مرجع استاندارد

باید از گرد و غبار استانداردی برای واسنجی استفاده کرد که خلوص و بلورینگی آن به خوبی مشخص شده باشد. موسسه ملی علوم و فناوری ایالات متحده آمریکا (NIST)¹ مواد مرجع استانداردی (SRM)² را برای کوآرتز قابل استنشاق (مجموعه ۱۸۷۸) و کریستوبالیت قابل استنشاق (مجموعه ۱۸۷۹) تولید کرده است. در مطالعه صورت گرفته توسط Stacey و همکارانش مواد مرجع متفاوتی برای تجزیه کوآرتز و مقادیر برآورد

1- National Institute of Standards and Technology (NIST)

2- Standard Reference Materials (SRM)

شده آن‌ها، مشخص شده است [۱۶]. مواد مورد استفاده برای واسنجی باید با توصیه‌های ISO 24095 انطباق داشته باشند.

۵-۱-۶ شناساگرها

برای روش تجزیه مستقیم بر روی صافی معمولاً به شناساگر نیازی نیست.

۶-۱-۶ نمونه تصحیح رانش^۱

برای تصحیح رانش شدت تابش در طول زمان باید از یک صفحه آلومینیومی یا سایر مواد قوی مناسب استفاده کرد. صفحه آلومینیوم مرجع NIST SRM 1976b به کرات استفاده شده است.

۶-۲ تجزیه ثقلی گرد و غبار قابل استنشاق

در این روش، اندازه‌گیری ثقلی گرد و غبار قابل استنشاق قبل از تجزیه نمونه برای سیلیس بلورین قابل استنشاق انجام شده و مقدار آن یادداشت می‌شود. این تجزیه از آن جهت اهمیت دارد که آگاهی از جرم گرد و غبار روی صافی به تجزیه‌گر کمک می‌کند تا کیفیت نتایج خود را ارزیابی کرده و پتانسیل مورد نیاز برای تصحیح را به دلیل اثرات جذب پرتو ایکس توسط نمونه، تعیین کنند. در برخی از روش‌های ملی نیاز به تعیین درصد سیلیس بلورین در گرد و غبار قابل استنشاق وجود دارد. عمل توزین باید مطابق با استاندارد ISO 15767 انجام شود.

۶-۳ تجزیه پرتو ایکس

۱-۳-۶ پارامترهای دستگاهی

دستگاه باید ترجیحاً نسبت به شدت بهینه‌سازی شود تا وضوح آن. در حالت ایده‌آل بهتر است باریکه‌ها و ماسک‌هایی طراحی شوند که امکان تابش قسمت بیشتر نمونه صافی را فراهم کنند. برای مثال، باریکه‌های خودکاری که بر ۱۸ mm از سطح نمونه تابش دارند، انتخابس خوب خواهند بود. لامپ‌هایی با فاصله کانونی پهن نیز با توجه به این که شار بیشتری را در واحد سطح نمونه صافی توزیع می‌کنند، توصیه می‌شوند. از شدت برق مجاز حداقل ۱/۶ kW استفاده می‌شود. اگر چه شدت برق‌ها بالاتر حساسیت بهتری را به دست می‌دهند. مثال‌هایی در مورد پارامترهای دستگاهی در پیوست الف ارائه شده است.

۲-۳-۶ پارامترهای پویشی

پارامترهای پویشی باید برای دستیابی به حداقل دقت دستگاهی حدود چهار درصد یا بهتر، روی جرم نمونه‌ای از سیلیس بلورین قابل استنشاق که معرف حدود مواجهه شغلی باشد، بهینه‌سازی شود. برای این

1- Drift correction sample

بهینه‌سازی پارامترهای اندازه‌گیری تا نقطه‌ای تغییر داده می‌شوند که به هنگام اندازه‌گیری یک صافی با جرم معین سیلیس بلورین قابل استنشاق، امکان بهبود دقت بیشتر وجود نداشته باشد. نوعاً از جرم‌های مشخص شده در حدود و نصف حدود مواجهه شغلی استفاده می‌شود. سازندگان دستگاه‌ها محصولات نرم‌افزاری متنوعی را ارائه می‌کنند که ممکن است از روش‌های متفاوتی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنند. به طور کلی اطلاعات در محدوده ۰-۲۰ دو درجه‌ای و حول هر بازتابش پراش پرتو ایکس جمع‌آوری می‌شود. اگرچه به برخی برنامه‌های کمیت‌گذاری نیز برای محدوده‌های پویش بزرگ‌تر نیاز است. مثال‌هایی از پارامترهای جمع‌آوری اطلاعات در پیوست ب ارائه شده است.

۴-۶ منحنی واسنجی

واسنجی از طریق تهیه صافی‌های آزمون واسنجی که با مقادیر معینی از سیلیس بلورین قابل استنشاق بارگذاری شده است انجام شده و منحنی واسنجی شدت نقاط حداکثری در برابر جرم ماده سیلیس بلورین قابل استنشاق مرجع به دست می‌آید. در اصل گرد و غبار باید به صورت یکسان با نمونه‌های مورد تجزیه، و از طریق نمونه‌برداری سیلیس بلورین قابل استنشاق موجود در ابر گرد و غبار تولید شده در محفظه با استفاده از تجهیزات مشابه بیان شده در زیربندهای ۱-۲-۵ تا ۱۰-۵-۲-۶ و ۵-۲-۱۰، روی صافی‌ها نشانده شود. مقدار سیلیس بلورین قابل استنشاق از روی جرم‌های قبل و بعد از نهشت تعیین شده و بر اساس بلورینگی ماده مرجع مورد استفاده برای بارگذاری صافی‌های آزمون واسنجی، تعیین می‌شود. برای بارگذاری‌های نازک تا مقادیر بحرانی جرم گرد و غبار (پیوست پ)، پاسخ شدت پرتو ایکس در ناحیه‌ای از صافی که توسط پرتو پرتو ایکس تابیده می‌شود، با جرم موجود بر روی صافی رابطه‌ای خطی دارد. در مورد بارگذاری‌های بیشتر، دیگر نمی‌توان از جذب پرتو ایکس چشم‌پوشی نمود و به تصحیح خاصی نیاز است (پیوست پ).

جزئیات بیشتر روش ساخت منحتی واسنجی در بخش‌های زیر ارائه شده است. به استاندارد ISO 11095 مراجعه شود [۲].

۶-۴-۶ حداقل ۱۲ نمونه صافی و سه نمونه صافی به عنوان شاهدهای آزمایشگاهی را از بهر یکسان انتخاب کرده و با روش مناسبی از هویت منحصر به فرد آن‌ها مطمئن شوید.

۶-۴-۶ با توجه به استاندارد ISO 15767، صافی‌ها را آماده‌سازی کرده و با دقت $1\text{ mg}/0.001$ توزین کنید. اطمینان یابید که سه توزین پی در پی صافی‌های یکسان در حدود $15\text{ }\mu\text{g}$ باشد (۱۵). در مورد صافی‌های نقره و پلی کربناتی نیز اطمینان یابید که سه توزین پی در پی حدود $3\text{ }\mu\text{g}$ باشد (۳).

یادآوری - دقت توزین صافی‌ها یکی از پارامترهای مهم دخیل در عدم قطعیت واسنجی می‌باشد (به مرجع [۱] مراجعه شود).

۳-۴-۶ دستگاه‌های مورد استفاده برای تولید هوایز گرد و غبار (شکل ۱) باید درون یک قفسه دود قرار بگیرند تا از هرگونه مواجهه بالقوه جلوگیری شود.

۴-۴-۶ یک صافی از قبل توزین شده را درون نمونه برداری قرار دهید که برای جمع‌آوری نمونه استفاده می‌شود.

۴-۴-۷ نمونه بردار را به پمپ متصل کند. پمپ معمولاً بیرون از دستگاه حاوی نمونه قرار گرفته و توسط یک لوله به نمونه بردار وصل می‌شود.

۴-۴-۸ هواویزهای گرد و غبار استاندارد را درون دستگاه محتوی گرد و غبار تولید کرده و از گرد و غبار به اندازه‌ای نمونه برداری کنید تا صافی‌ها در محدوده حداقل ۰/۱ برابر تا ۲ برابر حدود مواجهه شغلی مناسب برای نمونه بردار انتخاب شده که در طول مدت نمونه برداری به‌طور معمول در محیط کار استفاده می‌شود، بارگذاری شوند:

$$(1) \quad \text{حد بالا} = \text{حد مواجهه شغلی} \left(\frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \right) \times \text{دبی جریان} \left(\frac{\text{l}}{\text{min}} \right) \times \text{زمان نمونه برداری} \left(\text{min} \right) \times ۲ \quad (\text{ضریب بارگذاری})$$

$$(2) \quad \text{حد پایین} = \text{حد مواجهه شغلی} \left(\frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \right) \times \text{دبی جریان} \left(\frac{\text{l}}{\text{min}} \right) \times \text{زمان نمونه برداری} \left(\text{min} \right) \times ۰/۱ \quad (\text{ضریب بارگذاری})$$

یادآوری ۱- امکان تهیه صافی‌هایی با جرم کم سیلیس بلورین قابل استنشاق (کمتر از $50 \mu\text{g}$) با دقت و درستی مناسب دشوار است.

یادآوری ۲- توجه کنید که محفظه شیشه‌ای بیش از حد تحت فشار قرار نگرفته باشد.

۴-۴-۹ صافی‌های آزمون واسنجی و صافی‌های شاهد آزمایشگاهی را مجدداً توزین کنید. جرم ماده مرجع لایه‌نشانی شده روی صافی (M_{RM}) به صورت اختلاف میان جرم قبل و بعد از توزین محاسبه شده و با توجه به ناپایداری جرمی تصحیح می‌شود. تصحیح جرم با کم کردن تغییر جرم متوسط نمونه شاهد از تغییر جرم نمونه‌های در حال استفاده، با استفاده از معادله (۳) انجام می‌شود (استاندارد ISO 15767).

$$(3) \quad M_{RCS} = M_{RM} \cdot X_{RM}$$

۴-۴-۱۰ جرم سیلیس بلورین قابل استنشاق (RCS) نشسته روی صافی (M_{RCS}) با استفاده از جرم ماده مرجع (M_{RM}) که از طریق توزین به‌دست آمده و نسبت به بلورینگی آن (X_{RM}) تصحیح شده است، محاسبه می‌شود.

۴-۴-۱۱ هر یک از صافی‌ها را پی در پی درون پراش‌سنجد قرار داده و شدت پراش سه بازتابش شدیدتر سیلیس بلورین قابل استنشاق را از روی صافی‌های آزمون واسنجی اندازه‌گیری کنید.

۴-۴-۱۲ تصحیح رانش شدت پرتو ایکس را اندازه‌گیری کرده و به‌طور دوره‌ای آن را در دسته نمونه‌ها تحت پایش داشته باشد.

۴-۴-۱۳ شدت میانگین ناحیه‌ای (I_{M0}) بازتابش نمونه تصحیح رانش باید یادداشت شده و بعداً برای تصحیح رانش استفاده شود.

۱۲-۴-۶ در صورتی که جرم گرد و غبار نشسته بر روی صافی از جرم بحرانی تجاوز کرد، شدت بازتابش از ماده مرجع انتخاب شده برای تصحیح جذب را با و بدون قرار دادن نمونه اندازه‌گیری کنید (پیوست پ).

۱۳-۴-۶ با استفاده از مقدار شدت هر بازتابش (که در صورت لزوم با توجه به جذب تصحیح می‌شود) و از روی رابطه بین پاسخ و جرم سیلیس بلورین قابل استنشاق بارگذاری شده روی صافی خط روند را استخراج کنید. فرض اساسی برای ساخت منحنی واسنجی این است که تابع واسنجی خطی بوده و بنابراین شیب و محل تقاطع این خط صاف باید تعیین شود [۲].

یادآوری ۱- برای شمارش بهتر خط روند را به مبدا منتقل کنید و یا از وایازی^۱ جرمی استفاده کنید. در صورتی که نتایج از طریق نمونه‌های مرجع یا آزمون تخصصی تجدیدپذیر باشند، می‌توان از یک واپاری با نقطه تقاطع استفاده کرد.

یادآوری ۲- دلایل وجود نقطه تقاطعی با اختلاف قابل توجه نسبت به نقطه مبدا می‌تواند پارامترهای دستگاهی باشند که امکان روشن بودن کل نمونه را نمی‌دهند، و یا این که یک اربیت نامناسب به نرم‌افزار برآش ن نقاط حداکثری وارد شده است.

۵-۶ تصفیه نمونه

معمولًاً قبل از تجزیه به هیچ تصفیه‌ای بر روی نمونه نیاز نیست. در مورد صافی‌های نقره می‌توان گرد و غبار روی فیلتر را در کوره‌ای با دمای 600°C درجه سلسیوس حرارت دهید تا برخی از ترکیبات رُس و آلی را خارج کنید. حرارت دادن گرد و غبار روی صافی نقره موقعیت درجه ۲۰ و شدت بازتابش نقره مورد استفاده برای تصحیح جذب را تغییر می‌دهد.

۶-۶ تجزیه نمونه

۱-۶-۶ بهتر است بر روی حداقل یکی از نمونه‌های جمع‌آوری شده از هر یک از محیط‌های کار یا فعالیت تجزیه کمی را انجام دهید تا هرگونه عامل مداخله‌گر بالقوه را شناسایی کنید. باید دقیق تر کرد تا نمونه‌ها دارای ترکیبات معدنی یکسانی نباشند. برای مثال، سنگ‌تراش‌ها در یک محیط کاری یکسان می‌توانند روی سنگ‌های مختلفی کار کنند.

۲-۶-۶ در تجزیه‌های کمی حداقل سه بازتابش اصلی سیلیس بلورین قابل استنشاق را بر روی هر نمونه پویش کرده و مساحت جامع هر بازتابش را جمع کنید.

۳-۶-۶ میزان تصحیح رانش شدت پرتو ایکس را با پایش دوره‌ای در میان دسته نمونه‌ها، اندازه‌گیری کنید.

۴-۶-۶ در صورتی که جرم گرد و غبار نشسته بر روی صافی از جرم بحرانی بیشتر بود، شدت بازتابش از یک ماده مرجع انتخاب شده برای تصحیح جذب را با و بدون قرار دادن نمونه در آن (پیوست پ) اندازه‌گیری کنید.

۷ روش محاسبه

۱-۷ تجزیه ثقلی

جرم گرد و غبار (M_{dust}) روی صافی با استفاده از معادله (۴) محاسبه می‌شود:

$$M_{dust} = (M_{\text{aftersampling}} - M_{\text{filter}}) - \overline{\Delta M_{\text{blanks}}} \quad (4)$$

که در آن:

جرم صافی قبل از نمونهبرداری؛ M_{filter}

جرم صافی بعد از نمونهبرداری؛ $M_{\text{aftersampling}}$

ΔM_{blanks} تغییر جرم میانگین نمونه شاهد پس از نمونهبرداری ($M_{\text{blank after}}$) و قبل از نمونهبرداری ($M_{\text{blank before}}$) مطابق با معادله (۵).

$$\Delta M_{\text{blank}} = M_{\text{blank after}} - M_{\text{blank before}} \quad (5)$$

۲-۷ تجزیه پرتو ایکس

۱-۲-۷ شدت سطحی (I_{RCS}) هر یک از بازتابش‌های پراش پرتو ایکس سیلیس بلورین قابل استنشاق اندازه‌گیری شده در نمونه را محاسبه کنید. موقعیت‌های زمینه باید به‌طور ثابت انتخاب شده و باید عاری از تداخل‌ها باشند.

۲-۲-۷ شدت سطحی هر یک از بازتابش‌های پراش پرتو ایکس سیلیس بلورین قابل استنشاق را برای رانش شدت لامپ از واسنجی اصلی را با استفاده از معادله (۶) تصحیح کنید:

$$I_{RCS^*} = I_{RCS} \cdot (I_M^0 / I_M) \quad (6)$$

که در آن:

I_M میانگین شدت سطحی بازتابشی است که در طول یک روز تجزیه نمونه گرفته شده است؛

I_M^0 میانگین شدت سطحی بازتابش به هنگام اندازه‌گیری اولیه استانداردهای واسنجی؛

I_{RCS^*} شدت سطحی بازتابش سیلیس بلورین قابل استنشاق در نمونه تصحیح شده برای رانش شدت لامپ.

۳-۲-۷ در صورتی که جرم گرد و غبار نشسته بر روی صافی از جرم بحرانی بیشتر بود، شدت هر یک از بازتابش‌های پراش پرتو ایکس کوارتز یا کریستوبالیت را با پیروی از روش ارائه شده در پیوست پ برای جذب تصحیح کنید.

۴-۲-۷ یکی از منابع اصلی خطا در تجزیه، حضور ترکیبات بلورینی است که دارای بازتابش‌های همزمان (یا خیلی نزدیک) با کوارتز و یا کریستوبالیت هستند. مثال‌هایی از این ترکیبات عبارتند از سیلیکات کلسیم، بیوتیت، مونت موریونیت، کائولینیت، موسکوویت یا ولستونیت. فهرست مفصل‌تری از تداخل‌ها در استاندارد ISO 24095 موجود است.

۵-۲-۷ به طور کلی تشخیص ترکیبات بلورین در گرد و غبار بر روی یک صافی با بارگذاری زیاد، حضور تداخل‌ها را تعیین می‌کند. در صورتی که یکی از خطوط بازتابش یک الگوی ترکیب بلورین دیگر با بازتابش اندازه‌گیری شده برای ماده مورد تجزیه همزمان باشد، در الگوهای موجود در برنامه‌های نرم‌افزاری مورد استفاده با دستگاه‌های پراش پرتو ایکس نمایان خواهد شد.

۶-۲-۷ توصیه می‌شود که نسبت‌های شدت بازتابش‌های اندازه‌گیری شده به بازتابش اولیه کوارتز یا کریستوبالیت با نسبت‌های به دست آمده در نمونه‌های واسنجی مقایسه شوند. این نسبت‌ها را که بر حسب درصد نسبت به بازتابش شدیدتر ثبت می‌شوند، می‌توان برای حضور تداخل‌ها بررسی کرد. بهتر است از نسبت‌های نسبی منتشر شده در پروندهای کمیته بین‌المللی داده‌های پراش (ICDD) فقط به عنوان راهنمای استفاده شود. نسبت‌های محاسبه شده در آزمایشگاه و استفاده از باریکه‌های خودکار در دستگاه‌های پراش پرتو ایکس منجر به تولید نسبت‌هایی می‌شود که اندکی از مقادیر منتشر شده متفاوت هستند. حضور تداخل‌ها را می‌توان از طریق تعیین شدت هر یک از اندازه‌گیری‌ها با بزرگی شبیه خطوط روند واسنجی مربوط به بازتابش‌های اندازه‌گیری شده، تائید کرد.

یادآوری ۱- اختلاف بیش از ۱۰٪ تا ۱۵٪ در شدت‌های سطحی معنادار در نظر گرفته می‌شوند.

یادآوری ۲- در صورتی که مقادیر به دست آمده با سایر بازتابش‌ها تناقض داشت و یا مقادیر اندازه‌گیری شده خیلی پایین بودند، تجزیه‌گر باید مقادیر شدت تولید شده توسط دستگاه را با نرم‌افزاری که پویش‌ها را نشان می‌دهد، بررسی کند.

۷-۲-۷ نتایج کمی با توجه به تابع واسنجی در بازتابش‌های شدیدتر پرتو ایکس سیلیس بلورین قابل استنشاق که فاقد تداخل هستند، با استفاده از معادله (۷) محاسبه می‌شوند:

$$I_{RCS^*} = a + b \cdot M_{RCS} \quad (7)$$

که در آن:

I_{RCS^*} شدت تصحیح شده بازتابش‌های سیلیس بلورین قابل استنشاق

a و b به ترتیب نقطه تقاطع و شبیه تابع واسنجی؛

M_{RCS} جرم سیلیس بلورین قابل استنشاق در نمونه.

۷-۳-۷ غلظت‌های سیلیس بلورین قابل استنشاق

۱-۳-۷ حجم هر یک از نمونه‌های هوا (V_S)، و حاصل ضرب دبی جریان میانگین نمونه‌برداری و زمان نمونه‌برداری را محاسبه کنید.

۲-۳-۷ غلظت سیلیس بلورین قابل استنشاق (C_{RCS}) را به صورت حاصل تقسیم جرم (M_{RCS}) بر حجم هوا (V_S)، با استفاده از معادله (۸) محاسبه کنید:

$$C_{RCS} = \frac{M_{RCS}}{V_S} \quad (8)$$

۳-۳-۷ غلظت سیلیس بلورین قابل استنشاق را با اضافه کردن غلظت تمامی پلی‌مورف‌های بلورین، محاسبه کنید.

۸ مشخصات عملکردی

۱-۸ حد تشخیص

۱-۱-۸ حد تشخیص هر بازتابش پرتو ایکس بر حسب جرم اندازه‌گیری شده روی صافی به نوع دستگاه، پارامترهای عملیاتی آن، سایر ترکیبات درون نمونه و زمینه صافی تجزیه، وابسته است.

۲-۱-۸ استفاده از اندازه‌گیری‌های تکراری صافی‌های شاهد برای تعیین حد تشخیص لزوماً برآورد خوبی را به دست نمی‌دهد. زیرا در بسیاری از نمونه‌های واقعی، بافت پارامترهای مداخله‌گر را از صافی تجزیه پنهان می‌کند. روند توصیه شده در این روش محاسبه انحراف معیار آهنگ شمارش زمینه در محدوده پویش مناسب می‌باشد و حد تشخیص در شرایطی به دست می‌آید که مطابق با معادله (۹) باشد:

$$R_A \geq 3 \cdot \sigma_{R_S} \quad (9)$$

که در آن:

$$\text{آهنگ شمارش بازتابش ماده مورد تجزیه؛} \quad R_A$$

σ_{R_S} انحراف معیار آهنگ شمارش زمینه می‌باشد. حدود تشخیص نوعی نمونه‌های آزمون واسنجی حاوی کوآرتز خالص برای هر یک از بازتابش‌های پرتو ایکس، و برای تابش مس در پیوست ۵ فهرست شده است.

یادآوری - حد تشخیص مربوط به یک نمونه را در موقعی نیز می‌توان به کار برد که حد تشخیص با افزودن جرمی از ماده مورد تجزیه به صافی تجزیه که در پویش مشاهده نشده، محقق می‌شود. در صورت تحقق حد تشخیص با بارگذاری مقادیر نوعی از بافت مدنظر (برای مثال $200 \mu\text{g}$ تا $500 \mu\text{g}$ کلسیت) و در دسترس بودن نمونه‌های خالص بافت فاقد آلینده‌های سیلیس، می‌توان از این حدود برای سنجش نمونه‌ها استفاده کرد.

۲-۸ کمترین مقدار قابل تشخیص

یکی از مشخصات متفاوت فرآیند اندازه‌گیری توسط کمترین مقدار قابل تشخیص معین می‌شود که با توجه به استاندارد ISO 11843 برای هر بازتابش پرتو ایکس و برحسب جرم سیلیس بلورین قابل استنشاق روی فیلتر تعیین می‌شود [۴]. کمترین مقدار قابل تشخیص باید با استفاده از اطلاعات واسنجی یکسان مورد استفاده برای تجزیه عادی، محاسبه شود.

۳-۸ حدود کمیت‌گذاری

در روش متداول حاصل ضرب انحراف معیار مقادیر اندازه‌گیری شده در زمینه‌های اندازه‌گیری شده روی صافی‌های شاهد در عدد ۱۰، حدود کمیت‌گذاری را تنظیم می‌کند. با این حال، حضور ترکیبات بلورین مداخله‌گر موجب افزایش حد کمیت‌گذاری بازتابش‌های یک ماده مورد تجزیه خاص می‌شود.

یادآوری ۱- حد کمیت‌گذاری می‌تواند توسط پارامترهای دستگاهی نیز محدود شود. زیرا در شرایط استفاده از نمونه‌بردارهای با دبی حریان پایین (کمتر از 4 l/min) جرم‌های تجزیه شده بر روی صافی‌ها (هنگام اندازه‌گیری $1/1$ حدود مواجهه شغلی)، به حد تشخیص برخی از بازتابش‌های پراش پرتو ایکس نزدیک هستند. این موضوع نیز می‌تواند حد کمیت‌گذاری را فراتر از مقادیر به دست آمده از طریق برآوردهای متداول، افزایش دهد.

یادآوری ۲- در استاندارد EN 482 بیان می‌کند که حداکثر عدم قطعیت مجاز برای نمونه‌برداری و تجزیه اندازه‌گیری‌های بهداشت شغلی بین $0/1$ تا $0/5$ برابر حد مواجهه، باید در محدوده $\pm 50\%$ و برای تجزیه و نمونه‌برداری اندازه‌گیری‌های بهداشت شغلی بین $0/5$ تا 2 برابر حد مواجهه، در محدوده $\pm 30\%$ باشد. در ایالات متحده آمریکا NIOSH روش‌های آزمایشگاهی را ملزم به داشتن دقت گسترده $\pm 25\%$ و اریبی کمتر یا مساوی 10% نموده است [۱۷]. هر گونه اندازه‌گیری که میزان عدم قطعیت گسترده برآورد شده برای نمونه‌برداری و تجزیه در آن بیشتر از 50% باشد، با توجه به استاندارد EN 482 به هیچ وجه، یک اندازه‌گیری مناسب محسوب نمی‌شود.

۴-۸ عدم قطعیت

روش پیشنهاد شده برای برآورد عدم قطعیت اندازه‌گیری سیلیس بلورین قابل استنشاق در استاندارد ISO 24095 شرح داده شده است. در پیوست ث نمودارهایی ارائه شده است که معادلات مربوط به ارتباط بین نمونه‌برداری ترکیبی و عدم قطعیت را در شرایط اندازه‌گیری بر روی نمونه‌های واسنجی، معین می‌کنند. معادله مربوطه محاسبه درصد عدم قطعیت گسترده را برای جرم اندازه‌گیری شده در محدوده تجزیه‌ای بین $20\text{ }\mu\text{g}$ تا $300\text{ }\mu\text{g}$ میسر می‌کند.

۵-۸ تفاوت بین نمونه‌بردارها

۱-۵-۸ نمونه‌بردارها می‌توانند جرم‌های متفاوت و قابل توجهی از مواد را به هنگام نمونه‌برداری هواویز یکسان، جمع‌آوری کنند. حتی با وجود این که بسیاری از نمونه‌بردارها طوری طراحی می‌شوند که عملکرد آن‌ها برای گرد و غبار قابل استنشاق، مطابق با تعریف ارائه شده در استاندارد ISO 7708 می‌باشد. هیچ

نمونه برداری برای بخش قابل استنشاق وجود ندارد که عملکرد آن به طور کامل مطابق با منحنی ایده‌آل نهشت گرد و غبار باشد. این امر موجب می‌شود که بین جرم‌های جمع‌آوری شده گرد و غبار قابل استنشاق تفاوت وجود داشته باشد که بر روی نتایج به دست آمده از پراش پرتو ایکس تاثیر می‌گذارد.

۲-۵-۸ در پیوست ج عملکرد دسته‌ای از نمونه بردارهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری سیلیس بلورین قابل استنشاق در سال ۲۰۱۰ مقایسه شده‌اند.

۶-۸ تفاوت‌های بین روش‌های تجزیه‌ای

۶-۸ در روش تجزیه‌ای جایگزین گرد و غبار از روی صافی نمونه هوا بازیابی شده و بر روی صافی دیگر لایه‌نمانی می‌شود تا مورد تجزیه قرار گیرد (به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۲-۲ مراجعه شود). این روش اغلب با استفاده از نمونه بردارهایی انجام می‌شود که در آن‌ها از صافی‌های با قطر بزرگ‌تر استفاده شده (بیش از ۲۵ mm)، و یا وسیله نمونه برداری یک فوم است (روش تجزیه غیر مستقیم). در روش واسنجی دستگاه تفاوت‌هایی وجود دارد و امکان تلفات نمونه به هنگام بازیابی گرد و غبار از صافی نمونه هوا نیز باید در نظر گرفته شود. با این حال، در صورت رعایت دقت، تفاوت در نتایج بین روش‌های تجزیه‌ای معنادار نیست.

۶-۸ وجود مزیتی بین دو روش مشهود نیست. در صورت استفاده از صافی‌های پی وی سی به عنوان صافی نمونه هوا و وجود واسنجی برای روش غیرمستقیم، امکان استفاده از روش‌های ارائه شده برای آماده‌سازی نمونه‌ها در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۲-۲ برای تأیید نتایج وجود دارد.

۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد (مطابق با استاندارد ISO 24095):

- ارجاع به استاندارد ملی ایران؛
- تمامی اطلاعات ضروری برای تعیین هویت کامل نمونه؛
- شرایط وسیله نمونه برداری مانند آسیب، بارگذاری بیش از حد و هرگونه گرد و غبار باقی‌مانده در محفظه مورد استفاده برای انتقال نمونه‌ها؛
- استاندارد گرد و غبار مورد استفاده برای واسنجی؛
- جرم ماده مورد تجزیه بر حسب میکروگرم؛
- عدم قطعیت گستره براورد شده؛
- حد تشخیص و در صورت مقتضی حد کمیت‌گذاری؛

- نام تجزیه‌گر؛
- نام و نشانی آزمایشگاه؛
- امضای مدیر آزمایشگاه یا نماینده تعیین شده توسط مدیر آزمایشگاه؛
- تاریخ انجام تجزیه؛
- نام و مدل دستگاه مورد استفاده برای تجزیه؛
- تعریف گزارش؛
- تداخل‌های موجود در هنگام تجزیه نمونه؛
- محدوده تجزیه‌ای استانداردهای واسنجی؛
- مرحله انبارش نمونه‌ها؛
- تمامی جزئیات عملیاتی که در این استاندارد مشخص نشده‌اند و یا به صورت اختیاری در نظر گرفته می‌شوند، همراه با جزئیات تمامی رخدادهایی که می‌توانند بر روی نتایج تاثیرگذار باشند.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

مثالی از شرایط دستگاهی

جدول الف-۱- مثال‌هایی از شرایط دستگاهی برای پراش سنج Bragg-Brentano با آشکارسازهای حالت پایا

Cu $K\alpha 1(\text{\AA})$ 1,540 598 1,544 426				لامپ پرتو ایکس ماده آند:
50 45 خط پهن 12 20				نوع طول موج: $K\alpha 1(\text{\AA})$ $K\alpha 2(\text{\AA})$
40 40 خط طویل 12 0.4				(kV) (mA)
50 45 خط پهن 12 20				نوع فاصله کانونی (mm)
40 40 خط پهن 12 20				عرض (mm)
173				شعاع مسیر پرتو (mm)
0.04				دهانه باریکه سولر (رادیان)
1 درجه ثابت	1 درجه ثابت	خودکار 18	1/2 درجه ثابت	باریکه واگرایی نوع: ارتفاع (mm):
هیچکدام	هیچکدام	20	15	پهنهای ماسک (mm)
1	1	1	1	حرکت چرخشی نمونه / زمان چرخش (ثانیه)
173	173	240	240	مسیر پرتو پراش شده / شعاع (mm)
ثابت 0.3 mm	ثابت 0.2 mm	خوکار 18	1 درجه ثابت	باریکه ضد تفرق نوع: ارتفاع (mm):
نامتقارن تحت 1	نامتقارن تحت 1	Diff. Beam Curved graphite هیچکدام	Diff. Beam Curved graphite هیچکدام	تک فام ساز نوع: شكل: تعداد بازتابش‌ها:
آشکارساز نقطه‌ای	آشکارساز نقطه‌ای	آشکارساز آرایه‌ای حالت پایا 2/12	آشکارساز پیکسلی حالت پایا 3/347	آشکارساز نوع: طول فعال (درجه):

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

پارامترهای جمع آوری اطلاعات

جدول ب-۱- پارامترهای جمع آوری اطلاعات

آشکارساز آرایه‌ای	آشکارساز تناسبی/چشمکزن	
از ۶ تا ۶۵ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۵ ثانیه در هر گام	از ۶ تا ۶۵ درجه ۲۰ در ۱ درجه/min	پویش کمی
از $(39/5 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(37/2 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۲۰ ثانیه در هر گام	از $(39/5 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(37/2 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۴ ثانیه در هر گام	مرجع نقره (۱۱۱) در ۳۸/۲ درجه ۳۸,۵ و یا صفحه آلومینیومی در ۲۰ درجه ۲۰
از $(27/6 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(25/6 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۸۰ ثانیه در هر گام	از $(27/6 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(25/6 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۸ ثانیه در هر گام	کوآرتز (۱۰۱) در ۲۶/۶ درجه ۲۰ شدت نسبی حدود ۱۰۰
از $(21/9 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(19/9 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۲۴۰ ثانیه در هر گام	از $(21/9 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(19/9 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۲ ثانیه در هر گام	کوآرتز (۱۰۰) در ۲۰/۹ درجه ۲۰ شدت نسبی حدود ۲۰
از $(51/2 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(49/2 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۲۴۰ ثانیه در هر گام	از $(51/2 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(49/2 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۲ ثانیه در هر گام	کوآرتز (۱۱۲) در ۵۰/۲ درجه ۲۰ شدت نسبی حدود ۱۲
از $(23/0 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(21/0 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۲۴۰ ثانیه در هر گام	از $(23/0 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(21/0 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۲ ثانیه در هر گام	کریستوبالیت (۱۰۱) در ۲۲/۰ درجه ۲۰ شدت نسبی حدود ۱۰۰
از $(37/4 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(35/1 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۲۴۰ ثانیه در هر گام	از $(37/4 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ تا $(35/1 \pm 0/3)$ درجه ۲۰ در گام‌های ۰/۰۲ درجه‌ای ۲۰ برای حداقل ۱۲ ثانیه در هر گام	کریستوبالیت (۲۰۰) در ۳۶/۱ درجه ۲۰ و شدت نسبی حدود ۱۲ و کریستوبالیت (۱۱۲) در ۳۶/۱ درجه ۲۰ و شدت نسبی حدود ۵

جدول ب-۱- پارامترهای جمع آوری اطلاعات (ادامه)

آشکارساز آرایه‌ای	آشکارساز تناسبی/چشمکزن	
از $(30/4 \pm 0/3)$ درجه ۲θ تا $(32/4 \pm 0/3)$ درجه ۲θ در گام‌های $0/02$ درجه‌ای ۲θ برای حداقل ۱۲ ثانیه در هر گام	از $(30/4 \pm 0/3)$ درجه ۲θ تا $(32/4 \pm 0/3)$ درجه ۲θ در گام‌های $0/02$ درجه‌ای ۲θ برای حداقل ۱۲ ثانیه در هر گام	کریستوبالیت (۱۰۲) در $31/4$ درجه ۲θ شدت نسبی حدود ۹


پیوست پ

(الزامی)

تصحیح‌های جذب

در صورتی که جرم لایه نشسته بر روی صافی تجزیه از جرم بحرانی بیشتر باشد، نتیجه به دست آمده توسط دستگاه را باید برای جذب تابش مس از بافت نمونه تصحیح کرد. از کاهش شدت بازتابش‌های پرتو ایکس یک نمونه صفحه‌ای برای اندازه‌گیری جذب استفاده می‌شود [۱۸].

در صورتی که میزان بارگذاری خیلی زیاد بوده و یا نسبت قابل توجهی از یک عنصر وجود داشته باشد که تابش اعمال شده برای تجزیه را جذب می‌کند، می‌توان مقادیر اندازه‌گیری شده سیلیس بلورین قابل استنیاق را تصحیح کرد تا اثرات جذبی پرتو ایکس بدون تصحیح شود. جرم بحرانی یک نمونه (m_{cr}) مقداری است که در آن جرم محاسبه شده در روش پراش پرتو ایکس بدون تصحیح جذب، با یک حد آستانه معین از جرم واقعی نظری انحراف داشته باشد. حد آستانه در این روش روى انحراف $\pm 10\%$ تنظیم شده است. در یک طول موج تابشی مشخص (نوعاً $CuK\alpha$)، جرم بحرانی نمونه برای یک کسر جرمی از کوارتز به ناحیه نهشت نمونه بر روی صافی و ضریب جذب جرمی نمونه بستگی دارد. در شکل پ-۱ راهنمایی عملی برای بررسی جرم بحرانی نمونه و محدوده وسیعی از مشخصات نمونه‌ای امکان‌پذیر (برای تابش مس و استفاده از نمونه‌بردار سیکلونی) ارائه شده است (برای مثال در قطر نمونه جمع‌آوری شده روی صافی برابر با ۱۸ mm و ۲۱ mm). در این حالات ضریب جذب جرمی $100 \text{ cm}^2/\text{g}$ (که معرف نمونه‌ای به شدت جاذب است)، در صورتی که جرم گرد و غبار روی صافی بیش از ۱ mg (قطر لایه تهشین شده: ۲۱ mm) و یا 0.5 mg (قطر لایه تهشین شده: ۱۸ mm) باشد، به تصحیح جذب نیاز دارد. توصیه می‌شود که برای به کارگیری یک نمونه‌بردار خاص آزمون‌های خود را با توجه به روش ارائه شده در مطالعه Mecchia و همکارانش انجام دهید [۱۹].



شکل پ-۱- جرم بحرانی نمونه که در محدوده وسیعی از ضرایب جذب جرمی نمونه (تابش مس) موجب نادیده گرفتن $\pm 10\%$ تعیین غلظت کوارتز می‌شود. نمودارهای مربوط به 5% از کوارتز در ترکیب، نشان داده شده است.

در صورتی که نیاز به تصحیح جذب باشد، یک و یا هر دو بازتابش پرتو ایکس نقره (۱۱۱ یا ۲۰۰) قبل از نمونه برداری یا تجزیه نمونه روی صافی اندازه گیری می شود. بازتابش های اصلی از یک صفحه سیلیکونی یا آلمونیومی را می توان برای تصحیح جذب استفاده کرد.

در صورت استفاده از صافی نقره به عنوان صافی تجزیه، شدت میانگین به دست آمده از روی پنج صافی شاهد از یک دسته یکسان را می توان به عنوان شدت اولیه ای که تحت تاثیر جذب قرار نداشته است، اندازه گیری کرد.

در صورت استفاده از صافی پلی کربنات به عنوان صافی تجزیه، آن را در بالای یک صافی نقره و یا سایر موادی که به عنوان یک صفحه استفاده می شود قرار داده و شدت را از روی بازتابش نقره (یا فلز مورد استفاده به عنوان صفحه پشت پوش) از طریق نمونه و صافی، اندازه گیری می کنیم. این امر به این دلیل امکان پذیر است که پلی کربنات پرتو ایکس مس را به میزان قابل توجهی جذب نمی کند.

در صورت استفاده از صافی پی وی سی نیز بهتر است بازتابش های صفحه از طریق هر یک از صافی ها قبل از نمونه برداری اندازه گیری شود. زیرا این نوع از صافی ها پرتو ایکس را به میزان قابل توجهی جذب می کنند.

شدت اندازه گیری با استفاده از معادله (پ-۱) برای رانش دستگاهی (I_{RCS^*}) تصحیح می شود. در این مثال از نقره برای ارزیابی کاهش شدت استفاده می شود:

$$I_{RCS^{**}} = I_{RCS^*} \left[-R \frac{\ln T}{(1 - T^R)} \right] \quad (\text{پ-۱})$$

که در آن:

R به صورت نسبت زیر تعریف می شود:

$$\frac{\sin \theta_{Ag}}{\sin \theta_i} \quad (\text{پ-۲})$$

که در آن:

$\sin \theta_{Ag}$ سینوس زاویه θ خط نقره مورد استفاده برای تصحیح؛

$\sin \theta_i$ سینوس زاویه θ بازتابش پراش اندازه گیری شده برای ماده مورد تجزیه؛

$\ln T$ لگاریتم طبیعی انتقال است که به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\frac{I_{Ag}}{I_{Ag}^0} \quad (\text{پ-۳})$$

که در آن:

I_{Ag} شدت اندازه گیری شده بازتابش نقره از طریق نمونه؛

I_{Ag}^0 نیز شدت بازتابش نقره قبل از قرار گرفتن گرد و غبار در بالای صافی‌های شاهد نقره و یا شدت میانگین پنج صافی شاهد نقره از دسته یکسان با صافی‌های نقره مورد استفاده در تصحیح است.

جرم نشان داده شده توسط شدت جذب تصحیح شده ($I_{RCS^{**}}$) با به کارگیری پارامترهای واسنجی محاسبه می‌شود.

مثال:

مثالی برای لایه تهنشین شده بر روی صافی پلی‌کربنات با صفحه پشت‌پوش آلومینیومی که برای تصحیح استفاده شده، در ذیل آمده است.

شدت اندازه‌گیری کوارتز برای بازتابش (۱۰۰) (نقطه حداکثری $20/9$ درجه 2θ) به صورت 45.6 عدد در هر ثانیه (I_{RCS^*}) به دست آمده و نسبت شدت صفحه آلومینیومی که قبل و بعد از نمونه‌برداری محاسبه شده است برابر با 0.863 می‌باشد.

بنابراین:

$$\ln T = -0.1473$$

مقدار $\sin \theta$ برای بازتابش آلومینیوم در $38/5$ درجه 2θ برابر با 0.329 و مقدار $\sin \theta$ برای بازتابش کوارتز در $20/9$ درجه 2θ برابر با 0.18 می‌باشد.

پس، مقدار R برابر با 1.82 بوده و داریم:

$$I_{RCS^{**}} = 45.6 \left[\frac{-1.82(-0.1473)}{(1 - 0.863^{1.82})} \right]$$

۹

$$\text{عدد در ثانیه } I_{RCS^{**}} = 45.6 \cdot 1.140 = 52.0$$

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

محدوده حدود تشخیص نوعی

جدول ت-۱- محدوده حدود تشخیص نوعی

کوارترز			
۱۱۲	۱۰۱	۱۰۰	بازتابش پراش پرتو ایکس
۲۵ تا ۱۵	۹ تا ۳	۲۰ تا ۱۰	محدوده (μg)
کریستوبالیت			
۱۱۲ و ۲۰۰	۱۰۲	۱۰۱	بازتابش پراش پرتو ایکس
۶۰ تا ۳۵	۷۰ تا ۵۰	۱۵ تا ۵	محدوده (μg)

این حدود نوعی تشخیص مقادیری هستند که به اتفاق آرا از آزمایشگاه‌های بین‌المللی مختلف به دست آمده‌اند.


پیوست ث

(آگاهی دهنده)

عدم قطعیت گسترده نوعی برای روش مستقیم روی صافی

مثال ارائه شده در شکل ث-۱ از روی داده‌های مربوط به تجدیدپذیری به دست آمده‌اند که فرض می‌کند عدم قطعیت ناشی از نمونه‌برداری به مدت هشت ساعت در محدوده تجزیه‌ای، به‌طور ثابت 10% می‌باشد.

این داده‌ها از دستگاه پراش پرتو ایکس و با استفاده از باریکه‌های خودکاری که مساحتی 18 mm^2 را مورد تابش قرار می‌دهند، به دست می‌آیند و در صورت استفاده از باریکه‌های ثابت می‌توانند متفاوت باشند.



شکل ث-۱- عدم قطعیت گسترده (شامل نمونه‌برداری با یک چرخانه SIMPEDS) برای سه بازتابش اصلی کوارتز بر روی صافی‌های نقره

عدم قطعیت با توجه به استاندارد ISO 24095 تعیین شده است.

پیوست ج

(آگاهی دهنده)

تفاوت بین نمونه بردارها

حتی در یک شرکت یکسان نیز معمول نیست که از نمونه بردارهای متفاوت برای ارزیابی یک ماموریت یکسان استفاده شود. در برخی از روش‌های ملی طیفی از نمونه بردارها ذکر شده‌اند و اگرچه هر یک از نمونه بردارها مطابق با منحنی نفوذ نمونه برداری غبار قابل استنشاق در استاندارد ISO 7708 طراحی می‌شوند و بسیاری از آن‌ها در انطباق نزدیکی قرار دارند، اما هیچ یک از آن‌ها عملکرد یکسانی ندارند. با توجه به این که تفاوت در عملکرد جرم غبار جمع شده توسط نمونه بردار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند موجب بروز تفاوت در جرم اندازه‌گیری شده ماده مورد تجزیه و در نتیجه تفاوت در نتایج آزمایشگاه‌ها برای سیلیس بلورین قابل استنشاق شود. در جدول زیر عملکرد نمونه بردارهای قابل استنشاق که به‌طور رایج با روش مستقیم روی صافی و برای تجزیه سیلیس بلورین قابل استنشاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، در شرایط آزمون در محفظه هوای آرام با سرعت باد کم (0.3 m/s یا کمتر)، مقایسه شده است. تفاوت‌ها به مقدار اجماع شده تمامی نمونه بردارها در اجرای آزمایشی مربوط هستند. نتایج بر اساس نمونه برداری گرد و غبار متوسط جاده آریزونا (ARD) به دست آمده‌اند که حاوی درصد بالایی از کوآرتز می‌باشد. به‌طور کلی، عملکرد نمونه بردارها به سرعت باد و میانه و انحراف معیار محدوده اندازه ذرات بستگی دارد. بنابراین این نتایج شاخص هستند.

جدول ج-۱- تفاوت نمونه بردارها در غلظت میانگین هوا در هوای آرام [۲۰]

متغیر	دبی جریان l/min	تفاوت	سطح اطمینان ۹۵٪	تفاوت	سطح اطمینان ۹۵٪
نمونه بردار		ARD خیلی ریز	ARD متوسط		
SKC conductive	۲/۲	$\pm 11/4\%$	$+ 24/3\%$	$\pm 11/0\%$	$+ 34/0\%$
SKC غیر خورنده	۲/۲	$\pm 8/1\%$	$+ 3/1\%$	$\pm 13/1\%$	$+ 5/5\%$
Envirocon GX-1	۲/۲	$\pm 8/0\%$	$+ 1/5\%$	$\pm 7/8\%$	$+ 4/0\%$
SIMPEDS	۲/۲	$\pm 4/7\%$	$- 6/1\%$	$\pm 9/2\%$	$+ 3/5\%$
BCIRA	۲/۲	$\pm 8/0\%$	$- 3/6\%$	$\pm 10/2\%$	$- 0/6\%$
GS3	۲/۷۵	$\pm 4/8\%$	$- 9/2\%$	$\pm 8/8\%$	$- 10/5\%$
PUF با IOM	۲/۰	$\pm 5/8\%$	$- 17/9\%$	$\pm 7/0\%$	$- 19/0\%$

نمونه‌بردارهای فهرست شده در این جدول جامع نیستند. نمونه‌بردارها باید با صافی‌های ۲۵ mm استفاده شده و با الزامات استاندارد ISO 7708 انطباق داشته باشند. این نتایج برای دبی‌های جریان مشخص شده توسط فروشنده قابل کاربرد بوده و در صورت استفاده از یک دبی جریان دیگر می‌تواند متفاوت باشد. لطفاً توجه داشته باشید که این نتایج در شرایط هوای آرام استفاده شده در آزمون قابل کاربرد بوده و در محیط‌های کار ممکن است به دلیل توزیع اندازه ذرات و شرایط محیطی متفاوت، عملکردهای متغیری به‌دست آید.

در انتشارات مربوط به عملکرد نمونه‌بردارهای گرد و غبار قابل استنشاق، به استاندارد 1565 (ASTM STP) تحت عنوان «سیلیس و ذرات کانی قابل استنشاق همراه آن» مراجعه شود.

کتابنامه

- [1] ISO 3534-1:2006, Statistics- Vocabulary and symbols- Part 1: General statistical terms and terms used in probability
- [2] ISO 11095, Linear calibration using reference materials
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۹، سال ۱۳۵۴۲، کالیبراسیون خطی با استفاده از مواد مرجع، با استفاده از استاندارد ISO 11095: 1996 تدوین شده است.
- [3] ISO 11843-1: 1997, Capability of detection- Part 1: Terms and definitions
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۶، سال ۹۲۹۹-۱، قابلیت تشخیص- قسمت ۱: اصطلاحات و تعاریف، با استفاده از استاندارد 11843-1: 1997 تدوین شده است.
- [4] ISO 11843-2: 2000, Capability of detection- Part 2: Methodology in the linear calibration case
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۶، سال ۹۲۹۹-۲، قابلیت تشخیص- قسمت ۲: روش‌شناسی در مورد کالیبراسیون خطی، با استفاده از استاندارد ISO 11843-2: 2000 تدوین شده است.
- [5] BN 482, Workplace exposure – General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents
- [6] EN 1540:2011, Workplace exposure – Terminology
- [7] CEN/TR 15230, Workplace atmospheres - Guidance for sampling of inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions
- [8] EN 13205, Workplace exposure – Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations
- [9] EN 481, Workplace atmospheres – Size fraction definitions for measurement of airborne particles
- [10] Stacy P., & Thorpe A. Testing of high flow rate respirable samplers to assess the technical feasibility of measuring 0.05 mg.m^{-3} respirable crystalline silica. HSE Research Report/RR825, 148 p. London: Health and Safety Executive, 2010. Available (2013-03-28) at: <http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr825.pdf>
- [11] Baron P.A., Khanina A., Martinez A.B., Grinshpun S.A. Investigation of Filter Bypass Leakage and a Test for Aerosol Sampling Cassettes. *Aerosol Sci. Technol.* 2002, **36** pp. 857–865
- [12] Van den Heever D.J. Quantification of Bypass Leakage in Two Different Filter Cassettes during Welding Fume Sampling. *Am. Ind. Hyg. Assoc. J.* 1994, **55** pp. 966–969
- [13] Dobson L.R., Reichman L., Popp D. Evaluation of Quartz Residue on Cassette Interiors of AIHA Proficiency Samples. *J. ASTM Int.* 2005, **2** (4) pp. 1–6
- [14] Kunkar C., Incocciati E., Mecchia M., Gargaro G. Aerosol sampling in workplaces: losses of material in silver filter transportation. *Italian J. Occup. Hyg.* 2010, **1** pp. 118–124

- [15] MDHS. 101, Crystalline silica in respirable airborne dusts – Direct on-filter analyses by infrared spectroscopy and X-ray diffraction. Available (2013-03-28) at: <http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs101.pdf>
- [16] Stacey P., Kauffer E., Moulut J.C., Dion C., Beauparlant M., Fernandez P. An International Comparison of the Crystallinity of Calibration Materials for the Analysis of Respirable α -Quartz using X-Ray Diffraction and a Comparison with Results from the Infrared KBr Disc Method. Ann. Occup. Hyg. 2009, **53** pp. 639–649
- [17] National Institute of Safety and Health. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM®), 4th ed.DHHS (NIOSH) Publication 94-113 (August, 1994), 1st Supplement Publication 96-135, 2nd Supplement Publication 98-119,3rd Supplement 2003-154, Chapter E, Quality Assurance, <http://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdfs/chapter-e.pdf>
- [18] Altree-Williams S., Lee J., Mezin N.V. Quantitative X-ray Diffractometry on Respirable Dust Collected on Nuclepore Filters. Ann. Occup. Hyg. 1977, **20** pp. 109–126
- [19] MECCHIA M., PRETORIUS C., STACY P., MATTENKLOTT M., INCOCCIATI E. X-Ray absorption effect in aerosol Samples Collected on Filter Media. In: Silica and Associated Respirable Mineral Particles. In: Silica and Associated Respirable Mineral Particles, STP 1565, (Harper M., & Lee T. eds.). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013, pp. 139–68.
- [20] Stacey P., Mecchia M., Verpaele S., Pretorius C., Key-Schwartz R., Mattenkrott M. Differences Between Samplers for Respirable Dust and the Analysis of Quartz - An International Study. In: Silica and Associated Respirable Mineral Particles, STP 1565, (Harper M., & Lee T. eds.). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013, pp. 73–102.
- [21] MDHS. 14/4 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols. Available 2014-09-30 at <http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs14-4.pdf>